

**Техническое задание по Лоту №1**  
**По открытому запросу предложений в электронной форме № 146 642**  
**Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"**

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Анемометр комбинированный	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	<p>Особенности измерения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;</li> <li>- встроенная 40мм крыльчатка;</li> <li>- расчет среднего значения по времени;</li> <li>- функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение мин/макс значений;</li> <li>- расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе.</li> </ul> <p>Параметр Значение</p> <p>Измерение температуры воздуха</p> <p>Диапазон измерения -10...+50 оС</p> <p>Погрешность +0,5 оС</p> <p>Разрешение 0,1 оС</p> <p>Измерение скорости потока воздуха</p> <p>Диапазон измерения 0.4...20м/с</p> <p>Погрешность +(0.2м/с+2% от изм.знач.)</p> <p>Разрешение 0.1м/с</p> <p>Общие характеристики</p> <p>Температура хранения -20...+70оС</p> <p>Рабочая температура -10...+50оС</p> <p>Тип батарейки 2 ААА микро батарейки</p> <p>Срок службы батарейки 100 часов</p> <p>Гарантия 24 месяца</p> <p>1. Поверка анемометров по 2 параметрам выданная в 2018г.</p> <p>2. По итогам поверки должен быть выдан сертификат.</p>					

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>Особенности измерения:  - измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;  - встроенная 40мм крыльчатка;  - расчет среднего значения по времени;  - функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение мин/макс значений;  - расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе.</p> <p>Параметр Значение  Измерение температуры воздуха  Диапазон измерения -10...+50 оС  Погрешность +0,5 оС  Разрешение 0,1 оС  Измерение скорости потока воздуха  Диапазон измерения 0.4...20м/с  Погрешность +(0.2м/с+2% от изм.знач.)  Разрешение 0.1м/с  Общие характеристики  Температура хранения -20...+70оС  Рабочая температура -10...+50оС  Тип батарейки 2 ААА микро батарейки  Срок службы батарейки 100 часов  Гарантия 24 месяца</p> <p>1. Поверка анемометров Testo 410-1 по 2 параметрам выданная в 2018г.  2. По итогам поверки должен быть выдан сертификат.</p>					
2	Термоанемометр	Штука	22,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
<p>Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов</p>	<p>Особенности измерения:  - измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;  - встроенная крыльчатка;  - индикация мгновенного, среднего или максимального значения скорости потока воздуха;  - автоматическое отключение;  - гарантия 24 месяца.</p> <p>Параметр Значение  Условия эксплуатации:  Температура, оС/ влажность, % 0...50 С/ 10-95% при &lt;30 С  сенсоры Пластиковая крыльчатка, температурный сенсор NTC  Измеряемые параметры м/с, ф/мин, мор.мили/ч, км/ч, м/ч, оС, оF  Диапазон измерения 0,4...30м/с, 0...+50оС  Погрешность + 3% измерение скорости потока воздуха  Периодичность измерения 2с</p> <p>Прибор должен быть откалиброван.</p>					

<b>Технические характеристики предмета закупки</b>	<p>анемометр ADA Aro Temp</p> <p>Особенности измерения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;</li> <li>- встроенная крыльчатка;</li> <li>- индикация мгновенного, среднего или максимального значения скорости потока воздуха;</li> <li>- автоматическое отключение;</li> <li>- гарантия 24 месяца.</li> </ul> <p>Параметр Значение</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>Температура, оС/ влажность, % 0...50 C/ 10-95% при &lt;30 C</p> <p>сенсоры Пластиковая крыльчатка, температурный сенсор NTC</p> <p>Измеряемые параметры м/с, ф/мин, мор.мили/ч, км/ч, м/ч, оС, оF</p> <p>Диапазон измерения 0,4...30м/с, 0...+50оС</p> <p>Погрешность + 3% измерение скорости потока воздуха</p> <p>Периодичность измерения 2с</p> <p>Прибор должен быть откалиброван.</p>
--	--

<b>2. Условия поставки товаров</b>	
Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Срок (период) поставки товаров	От 3 до 10 календарных дней с даты заключения договора

<b>3. Условия проведения закупочной процедуры.</b>			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	123 449,97	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС, рублей	18 831,35		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	104 618,62		
<b>Обязательное требование к условиям оплаты товара</b>	Заказчик осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 14 календарных дней с момента поставки товара и подписания товарной накладной.		